

시험 성적서

KOTITI

접수번호 : 210200161-001

발급번호 : R20210215-0012

접수일자 : 2021년 02월 05일

발급일자 : 2021년 02월 15일

시료명	밀리언무드황사방역마스크(KF94)(대형)(흰색)	검사목적	의약품 품질관리(품질검사)
제조번호	SLF9210204	제조(수입)일자	2021년 02월 04일
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	2024년 02월 03일
업체명	(주)밀리언무드	대표자	김미희
소재지	인천광역시 서구 건지로 88, 3층(가좌동)	전화번호	010-9121-8793

시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준		단위	결과		판정	비고
성상	흰색의 3단 가로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크		-	흰색의 3단 가로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크		적합	자사기준 및 시험방법
형상	본체(가로)	205 ± 10	mm	본체(가로)	205	적합	자사기준 및 시험방법
	본체(세로)	165 ± 10		본체(세로)	164		
	끈(좌)	175 ± 17		끈(좌)	167		
	끈(우)	175 ± 17		끈(우)	170		
순도시험 (색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.		-	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.		적합	자사기준 및 시험방법
순도시험 (산 또는 알칼리)	홍색을 나타내지 않는다./ 적색을 나타내지 않는다.		-	홍색을 나타내지 않는다./ 적색을 나타내지 않는다.		적합	자사기준 및 시험방법
순도시험 (형광증백제)	형광을 나타내지 않아야한다.		-	형광을 나타내지 않는다.		적합	자사기준 및 시험방법
순도시험 (포름알데히드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.		-	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.		적합	자사기준 및 시험방법

종합판정: 적합

시험검사자 : 권아영, 남영민, 최준혁

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

(사)KOTITI시험연구원



식품의약품안전처 지정 의약품 등 시험·검사기관 제 14 호

KOTITI시험연구원

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) 전화 : 02) 3451-7361, 7190 팩스 : 02) 3451-7194

www.kotiti.re.kr

시험 성적서

접수번호 : 210200161-001

발급번호 : R20210215-0012

접수일자 : 2021년 02월 05일

발급일자 : 2021년 02월 15일

시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	판정	비고
분진포집효율 (염화나트륨)	개개의 측정치는 94 % 이상	%	본품 : 100/100/100 전처리 : 100/100/100	적합	자사기준 및 시험방법
분진포집효율 (파라핀오일)	개개의 측정치는 94 % 이상	%	본품 : 99/99/99 전처리 : 99/99/99	적합	자사기준 및 시험방법
안면부 흡기저항	개개의 측정치는 70 Pa 이하	Pa	본품 : 17/16/16 전처리 : 18/17/14	적합	자사기준 및 시험방법
고정용 머리끈 접합부의 인장강도	검체 3개의 평균치는 10 N 이상	N	19	적합	자사기준 및 시험방법

종합판정: 적합

시험검사자 : 권아영, 남영민, 최준혁

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

(사)KOTITI시험연구원



식품의약품안전처 지정 의약품 등 시험·검사기관 제 14 호

KOTITI시험연구원

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) 전화 : (02) 3451-7361, 7190 팩스 : (02) 3451-7194

www.kotiti.re.kr

시험 성적서

KOTITI

접수번호 : 210200161-001

발급번호 : R20210215-0012

접수일자 : 2021년 02월 05일

발급일자 : 2021년 02월 15일

시료사진



종합판정: 적합

시험검사자 : 권아영, 남영민, 최준혁

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

(사)KOTITI시험연구원



식품의약품안전처 지정 의약품 등 시험·검사기관 제 14 호

KOTITI시험연구원

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동) 전화 : (02) 3451-7361, 7190 팩스 : (02) 3451-7194

www.kotiti.re.kr