



# 시험 · 검사 성적서

본 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

시험번호		R20210203-0003		접수번호		210200006-001	
검사완료일		2021-02-03		접수완료일		2021-01-20	
제품명		힐리인무드비림차단마스크(KF-AD)(소형)(흰색)					
(품목)제조번호		DSAD210119		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		비림차단용 마스크					
제조(수입)일				유통(품절유지)기한		2024-01-18	
의뢰자	성명	김미희		업체명	(주)힐리인무드		
	소재지	인천광역시 서구 건지로 88 3층(가좌동) 전화번호: 팩스번호: 전자우편:					
제조원	업체명			소재지	(주)힐리인무드		
	소재지						
Y시험 · 검사목적		의약품(의약외품)   품절검사					

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
상관	화색의 수평으로 3개의 주름이 있는 사각형 본체에 코편이 있고, 양측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합	적합		
형상시험	세부시험항목 적합하여야 함	적합	적합		
본체(가로)(mm)	140 ± 10	143	적합		
본체(세로)(mm)	95 ± 9	96	적합		
고정용 끈(길이)(mm)	145 ± 14	① 좌 141 ② 우 141	적합		
수도시험	세부시험항목 적합하여야 함	적합	적합		
색소	색을 나타내지 않아야 함	색을 나타내지 않음	적합		
산 또는 알칼리	① 페놀포탈레인산염을 때 홍색을 나타내지 않아야 함 ② 메틸오렌지시액 넣을 때 적색을 나타내지 않아야 함	① 홍색을 나타내지 않음 ② 적색을 나타내지 않음	적합		
형광증백제	형광을 나타내지 않아야 함	형광을 나타내지 않음	적합		
포름알데하이드	검액은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않아야 함	검액은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않음	적합		

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.  
또한, 문서화단의 바코드포도전워킹인(스캐너용 문서화인포도그림)을 하할 수 있습니다.



400102 인천 중구 서해대로 471(신원동 27)

T:032-440-5426

F:032-440-5490



## 인천광역시보건환경연구원

2021년02월03일

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.  
 ※ 지면이 부족할 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.  
 ※ 검사결과를 참고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

비고:

시험검사원 : 이수연

시험검사책임자 : 송재웅

종합판정 : 적합

시험·검사 항목	시험·검사 기준	시험·검사 결과	판정	단서조항	비고
액체 저항성 시험	비커의 물이 필터를 통과하여 하단 중이 물과하여 하단 중이에 떨어지는 견체는 하나도 없어야 함	비커의 물이 필터를 통과하여 하단 중이에 떨어지는 견체가 하나도 없음	적합		