



시험 · 검사 성적서

제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

시험번호	R20210203-0004		접수번호	210200006-002	
검사완료일	2021-02-03		접수완료일	2021-01-20	
제품명	립리언무드엔탈마크				
(품목)제조번호	DLM210119		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	수축용마크				
제조(수입)일	유통(품점유지)기한 2024-01-18				
의뢰자	성명	김미희	업체명	(주)립리언무드	
	소재지	인천광역시 서구 건지로 88 3층(가좌동) 전화번호: 팩스번호:			
제조원	소재지	(주)립리언무드			
	업체명	제조국			
시험 · 검사목적					
의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	"KOREA" 및 태극모양의 조음파문양이 있으며, 조음파문양의 수평면 및 회색의 수평으로 3점의 주름이 있으며, 사각형 본체에 표면이 에코편이 있고, 양측면에 회색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합	적합		
형상시험	세부시험항목 적합하여야 함	적합	적합		
본체(가포)(mm)	175 ± 10	175	적합		
본체(세포)(mm)	95 ± 9	95	적합		
고정용끈(길이)(mm)	175 ± 17 ① 좌 170 ② 우 168	적합	적합		
순도시험	세부시험항목 적합하여야 함	적합	적합		
색소	색을 나타내지 않아야 함	색을 나타내지 않음	적합		
산 또는 알칼리	① 폐독포탈레인시액 배를 때 용색을 나타내지 않아야 함 ② 메틸오렌지시액 배를 때 적색을 나타내지 않아야 함	① 용색을 나타내지 않음 ② 적색을 나타내지 않음	적합		
형광증백제	형광을 나타내지 않아야 함	형광을 나타내지 않음	적합		

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다. 또한, 문서확인단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.



400102 인천 중구 서해대로 471(신흥동 27)

T:032-440-5426

F:032-440-5490



인천광역시보건환경연구원

2021년02월03일

따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과만은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 원고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

비고 :

시험검사책임자 : 송재용

시험검사원 : 이수연

종합판정 : 적합

시험·검사 항목	시험·검사 기온	시험·검사 결과	판정	단서조항	비고
포름산염이득	검액은 비크랙이 나 터내는 색보다 진하 지 않아야 함	검액은 비크랙이 나 터내는 색보다 진하 지 않아야 함	적합		
강도	1분 이내에 침강되지 않음	1분 이내에 침강되지 않음	적합		
액체 저항성 시험	비크랙물이 필터를 통과하여 하단 용이 통과하여 하단 용이에 떨어지는 견체는 하나도 없어야 함	비크랙물이 필터를 통과하여 하단 용이 통과하여 하단 용이에 떨어지는 견체는 하나도 없어야 함	적합		