



시험 · 검사성적서

발행번호	R20200925-0007		접수번호	200200360-001	
검사완료일	2020-09-25		접수연월일	2020-07-31	
제품명	다모아 귀편한 황사 미세먼지 마스크				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	보건용마스크				
제조(수입)일	2020-07-28		유통(품질유지)기한	2023-07-27 제조일로부터3년	
의뢰자	성명	김종민		업체명	주식회사 다모아에스케이엠
	소재지	대구광역시 달서구 달서대로91길 35, 나동 5층 503호 전화번호: 053 - 631 - 0606 팩스번호: 전자우편: dmaskm@hanmail.net			
제조원	업체명	주식회사 다모아에스케이엠		제조국	대한민국
	소재지	대구광역시 달서구 달서대로91길 35, 나동 5층 503호			
시험 · 검사목적	의약품(의약품) 기타(허가검사)				

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	자사기준규격에 적합하여야함	자사기준규격에 적합함	적합		
형상시험	자사기준규격에 적합하여야함	자사기준규격에 적합함	적합		
고정용 머리끈 접합부의 인장강도(N)	평균 하중 10 N 이상	11	적합	단서조항없음	
순도시험(산또는알칼리)	홍색 또는 적색을 나타내지 않아야 함	홍색 또는 적색을 나타내지 않음	적합	단서조항없음	
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 함	형광을 나타내지 않음	적합	단서조항없음	
순도시험(색소)	색을 나타내지 않아야 함	색을 나타내지 않음	적합	단서조항없음	
순도시험(포름알데하이드)	비교액보다 진하지 않아야 함	비교액보다 진하지 않음	적합	단서조항없음	
안면부 흡기저항 - KF94 (Pa)	70 Pa 이하	34 34 34 32 31 31	적합	KF94	
분진포집효율(염화나트륨) - KF94(%)	94 % 이상	99 99 100 100 99 99	적합	KF94	
분진포집효율(파라핀오일) - KF94(%)	94 % 이상	98 98 98 98 98 98	적합	KF94	

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
누설률 - KF94(%)	11.0 % 이하	2.5 / 11.6 / 3.5 / 2.2 / 4.4 / 3.4 / 8.6 / 2.0 / 0.1 / 0.2 / 1.5 / 12.3 / 6.7 / 1.7 / 2.5 / 14.0 / 9.2 / 4.1 / 0.0 / 0.0 / 6.3 / 5.7 / 3.5 / 1.3 / 1.0 / 9.4 / 10.1 / 6.4 / 0.0 / 4.6 / 5.1 / 7.5 / 2.6 / 5.9 / 16.4 / 5.8 / 8.9 / 9.6 / 4.2 / 10.1 / 9.1 / 8.9 / 3.1 / 2.5 / 1.9 / 2.4 / 1.5 / 2.0 / 1.7 / 1.5	적합	KF94	



재단법인 경북테크노파크
GYEONGBUKTECHNOPARK

종합판정 : 적합

시험검사원 : 양예주, 엄영빈, 이가현, 이경민

시험검사책임자 : 김은미, 나형진

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

2020년09월25일

(재)경북테크노파크

38412 38412 첨단메디컬융합심유센터

T:053-819-8123

F:053-819-8118



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 2 of 2