

시험 성적서

신청자 : 주식회사 제이제이아이앤씨
주소 : 경기도 고양시 덕양구 삼원로1길 106, 1층 (삼송동)
제출처 :
시료명 : 식물원단 1 점
스카이블루 / 모기장-천

KATRI NO : STAA21-00034417
접수일자 : 2021.05.31
발급일자 : 2021.06.04
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 3

시험항목	시험결과
	시료1

pH : KS K ISO 3071:2005

4.8

- * 주) 1. 사용한 용액의 종류 : 0.1 mol/L KCl 용액
2. 분석기기 : pH meter

포름알데히드함량 (mg/kg) : KS K ISO 14184-1:1998 증류수 추출법

검출안됨

- * 주) 1. 검출안됨 : 20 mg/kg 미만
2. 분석기기 : UV/VIS Spectrophotometer

- 계속 -

시료1

한국의류시험연구원장

시험자 : 이 은 영



기술책임자 : 이 선 정




시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

KATRI NO : STAA21-00034417

PAGE(S) : 2 / 3

시 험 향 목	시 험 결 과
	시료1
아릴아민 (mg/kg) : KS K 0147:2015	
biphenyl-4-ylamine (92-67-1)	5 미만
Benzidine (92-87-5)	5 미만
4-chloro-o-toluidine (95-69-2)	5 미만
2-Naphthylamine (91-59-8)	5 미만
o-aminoazotoluene (97-56-3)	5 미만
2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8)	5 미만
4-Chloroaniline (106-47-8)	5 미만
2,4-diaminoanisole (615-05-4)	5 미만
4,4'-diamino-diphenylmethane (101-77-9)	5 미만
3,3'-Dichlorobenzidine (91-94-1)	5 미만
3,3'-Dimethoxybenzidine (119-90-4)	5 미만
3,3'-Dimethylbenzidine (119-93-7)	5 미만
4,4'-methylenedi-o-toluidine (838-88-0)	5 미만
p-cresidine (120-71-8)	5 미만
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4)	5 미만
4,4'-oxydianiline (101-80-4)	5 미만
4,4'-thiodianiline (139-65-1)	5 미만
o-Toluidine (95-53-4)	5 미만
2,4-toluylenediamine (95-80-7)	5 미만
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)	5 미만
o-anisidine (90-04-0)	5 미만
4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만
2,4-xylidine (95-68-1)	5 미만
2,6-xylidine (87-62-7)	5 미만
* 주) 1. 검출한계 : 5 mg/kg	
2. 분석기기 : GC-MS	

- 계속 -

KATRI NO : STAA21-00034417

PAGE(S) : 3 / 3

시 험 향 목	시 험 결 과
	시료1
아릴아민 (mg/kg) : KS K 0739:2017	
4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만
★ 주) 1. 검출한계 : 5 mg/kg 2. 분석기기 : GC-MS	