

시험 성적서

접수번호 : 8220-1509-103482-001

발급번호 : 7123021376

접수일자 : 2020년 09월 16일

발급일자 : 2020년 11월 10일

시료명	세이프프레스쉬황사방역용 마스크(KF-94)	검사목적	연구/참고/기타
제조번호	-	제조일자	-
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	-
업체명	(주)썬필코리아	대표자	류동건
소재지	인천광역시 서구 정서진7로 8(오류동)	전화번호	032-565-6614

시험 항목 및 결과

시험 항목	시험기준			단위	결과			비고
성상	흰색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크			-	흰색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크			자사기준 및 시험방법
형상	본체	가로	95 ± 10	mm	본체	가로	98	자사기준 및 시험방법
		세로	149 ± 10			세로	149	
	머리끈	좌	155 ± 10		머리끈	좌	158	
		우	155 ± 10			우	157	
순도시험 (색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.			-	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.			의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (산 또는 알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.			-	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.			의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (형광증백제)	형광을 나타내지 않아야한다.			-	형광을 나타내지 않는다.			의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (포름알데히드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.			-	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.			의약품에 관한 기준 및 시험방법

시험검사자 : 최준혁, 권아영, 이현석, 남영민

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원

