



## TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)499-5390 FAX (031)499-6867

성적서번호 : TAK-2022-094068

접 수 일 자 : 2022년 07월 08일

대 표 자 : 박수중

시험완료일자 : 2022년 07월 28일

업 체 명 : (주)일우전자

주 소 : 경기 부천시 산업로7번길 21

시 료 명 : 복합피부미용기기(reevaa S) 헤드부 도금액

## 시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
Ni	mg/kg	-	검출안됨	EPA 3050B, 6010D (준용)

- Method Detection Limit -  
Ni : 5 mg/kg

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지([www.ktr.or.kr](http://www.ktr.or.kr)) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Kim Simin*

작성자 : 김지민

Tel : 02-2092-3805

*Man Sang-won*

기술책임자 : 한상원

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 07월 28일

**KTR** 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code