

시험 결과 확인서

확인서코드: HE-221005-IR-0002-CD-02 접수일자: 2022. 09. 22
업체명: (주)지티이천연물연구소 시험완료일자: 2022. 10. 07
대표자: 김 광 백
주소: 경기도 안산시 상록구 팔곡두레길117 2층
시료명: 신통방통패치

시험 결과			
시험항목	검사기준	검사결과	판정
피부접촉에 의한 일차자극 테스트	*비교 참조	0.00	비자극 (Excellent)

시험 방법: 시험대상자 등 부위를 70% 에탄올로 닦아낸 후 건조시키고, 시험 제품을 Finn Chamber®에 로딩하여 피부에 고정한 후 24시간 동안 부착한다. 패치 제거 후 30분 후, 24시간 후에 각각 피부자극 유무를 피부과전문의가 판정하였다.

● 최종보고서 참조: HE-221005-IR-0002-02_Signed report

● 비교:

피부 자극 지수	자극성 평가
0.00 ~ 0.25	비(무) 자극성(Excellent)
0.26 ~ 1.00	약한 자극성(Good)
1.01 ~ 2.50	중증도 자극성(Bad)
2.51 ~ 4.00	강한 자극성(Very Bad)

시험책임자: 홍원규(피부과 전문의)



2022년 10월 19일

(주)휴먼에틱 임상시험센터 대표이사



서울특별시 금천구 가산디지털1로 16, 1523~1526호(SK V1 AP타워)

www.humantest.co.kr T : 02-6959-9270, F : 070-7500-0328