



시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품 제14호

발행번호		R20211126-0024		접수번호		210201863-001	
검사완료일		2021-11-26		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(흰색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조사	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 흰색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 흰색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/122/141/149	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법
분진포집효율(염화나트륨) - KF94(%)	개개의 측정치는 94 %이상	98/98/99/98/98/98	적합		자사기준 및 시험방법
분진포집효율(파라핀오일) - KF94(%)	개개의 측정치는 94 %이상	95/95/94/94/96/94	적합		자사기준 및 시험방법
안면부 흡기저항 - KF94 (Pa)	개개의 측정치는 70 Pa이하	31/30/31/31/29/31	적합		자사기준 및 시험방법
고정용 머리끈 접합부의 인장강도(N)	검체 3개의 평균치는 10 N이상	19	적합		자사기준 및 시험방법

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

종합판정 : 적합

시험검사원 : 권아영, 김홍준, 조윤섭

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194





시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호		R20211126-0018		접수번호		210201864-001	
검사완료일		2021-11-25		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(검정색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조사	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 검정색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 검정색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 검정색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 검정색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/121/138/146	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장



13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194





시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호	R20211126-0019		접수번호	210201865-001	
검사완료일	2021-11-25		접수연월일	2021-11-22	
제품명	키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(진회색)				
(품목)제조번호	유 210411		품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	의약외품				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식	업체명	(주)제우스솔루션	
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	의약품(의약외품) 품질검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 진회색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 진회색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/121/149/151	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194





시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호		R20211126-0020		접수번호		210201866-001	
검사완료일		2021-11-25		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(분홍색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 분홍색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 분홍색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/122/143/147	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장



13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194





시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호		R20211126-0021		접수번호		210201867-001	
검사완료일		2021-11-25		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(산호색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조사	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 산호색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 산호색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/121/144/148	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장



13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194





시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호		R20211126-0022		접수번호		210201868-001	
검사완료일		2021-11-25		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(노란색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 노란색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 노란색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/121/145/149	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장



13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 2 of 2



시험 · 검사성적서

의약품안전처 지정번호 : 의약품

제14호

발행번호		R20211126-0023		접수번호		210201869-001	
검사완료일		2021-11-25		접수연월일		2021-11-22	
제품명		키리아새부리황사방역마스크(KF94)(소형)(연한황색)					
(품목)제조번호		유 210411		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		의약외품					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2024-11-17	
의뢰자	성명	문천식		업체명	(주)제우스솔루션		
	소재지	(16643)경기도 수원시 권선구 산업로 98 3층 (고색동) 전화번호: 031 - 397 - 7400 팩스번호: 전자우편:					
제조사	업체명				제조국		
	소재지						
시험 · 검사목적		의약품(의약외품) 품질검사					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
성상	마스크에 글자등 새김이 있는 연한 황색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	마스크에 글자등 새김이 있는 연한 황색의 2단 세로접이식 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 끈이 있는 부직포 마스크	적합		자사기준 및 시험방법
형상시험(mm)	본체(가로) 105 ± 10 / 본체(세로) 120 ± 10 / 끈(좌) 140 ± 14 / 끈(우) 140 ± 14	105/122/148/147	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(산또는알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(형광)	형광을 나타내지 않아야 한다.	형광을 나타내지 않는다.	적합		자사기준 및 시험방법
순도시험(포름알데하이드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	적합		자사기준 및 시험방법

종합판정 : 적합
시험검사원 : 권아영

시험검사책임자 : 강현정

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년11월26일

(사)KOTITI 시험연구원 시험·검사기관의 장

13202 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111

T:02-3451-7114

F:02-3451-7194

