



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-152659K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 영일실리콘(주)
 - 주소 : 경기도 시흥시 금오로477번길 26-14 (과림동)
3. 시험기간 : 2020년 12월 30일 ~ 2021년 01월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 실리콘 샤워호스 의료용 실버색상
6. 시험방법
 - (1) IEC 62321-5:2013
 - (2) IEC 62321-4:2013
 - (3) KS Q IEC 62321:2009
 - (4) IEC 62321-8:2017
 - (5) IEC 62321-6:2015에 준함.

확인	작성자 성명	노인철	기술책임자 성명	송석호
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2021년 01월 11일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2676

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)






시험성적서

성적서번호 : CT20-152659K

7. 시험결과


1) 실리콘 샤워호스 의료용 실버색상

시험항목	단위	기준치	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
Pb	mg/kg	-	(1)	불검출 (검출한계 5)		
Cd	mg/kg	-	(1)	불검출 (검출한계 0.2)		
Hg	mg/kg	-	(2)	불검출 (검출한계 1)		
Cr ⁶⁺	mg/kg	-	(3)	불검출 (검출한계 1)		
Dibutylphthalate(DBP)	mg/kg	-	(4)	불검출 (검출한계 50)		
Butylbenzylphthalate(BBP)	mg/kg	-	(4)	불검출 (검출한계 50)		
Di-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)	mg/kg	-	(4)	불검출 (검출한계 50)		
Diisobutylphthalate(DIBP)	mg/kg	-	(4)	불검출 (검출한계 50)		
Polybrominated Biphenyls(PBBs)	-	-	(5)	-		
Bromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Dibromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Tri bromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Tetrabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Pentabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Hexabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Heptabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Octabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		
Nonabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		
Decabromobiphenyl	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		
Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs)	-	-	(5)	-		
Bromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Dibromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Tri bromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Tetrabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Pentabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		
Hexabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		



시험성적서

성적서번호 : CT20-152659K

Heptabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 2)		A
Octabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		
Nonabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		
Decabromodiphenyl ether	mg/kg	-	(5)	불검출 (검출한계 5)		

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

— 끝 —

