

시험성적서

발급번호 : KFIA-102

의뢰인 : 신 동 혁 [메타맵]

주 소 : 서울특별시 용산구 청파로 101, 11동 1층 02호 (한강로3가, 나진상가)

접수일자 : 2023년 1월 4일

시 료 명 : 유브렐라

시험결과

시험항목	초기 농도 (CFU/ml)	20분 후 농도 (CFU/ml)	살균감소율 (%)
대장균에 의한 살균시험	2.0×10^5	$< 1.0 \times 10^2$	99.9
포도상구균에 의한 살균시험	3.9×10^5	$< 1.0 \times 10^2$	99.9

(비고) TSA배지에 액체배지로 배양한 각각의 균주를 0.2ml 점종하고 시료의 UV 램프와 70cm 거리에 위치
하게 놓고 시료를 20분간 작동시키고 37℃ 정치배양기에서 24시간 평판 배양한 결과임.
배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출한 것임. 끝.

1) 시험방법 : 살균시험(시험조건은 의뢰인 제시)

2) 사용균주

Escherichia coli ATCC 25922*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

3) 불 임 : 사진별첨(2-1, 2-2)

4) 용 도 : 품질관리



2023년 1월 13일

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.

담당자 : 김 병 용 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장


KIFA

발급번호 : KFIA-102

시 료 명 : 유브렐라



< 사진 1 >




< 사진 2 >


KIFA

발급번호 : KFIA-102

시 료 명 : 유브렐라



< 사진 3 >



< 사진 4 >